

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1073/BVĐKKL-VTTBYT
V/v mời chào TSKT
(Lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cai Lậy, ngày 28 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện, cụ thể như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật
01	Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2)	Cái	10	1.Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.- Máy mới 100%.- Xuất xứ: Các nước của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)- Nguồn điện sử dụng: Pin 2.Cấu hình cung cấp: <ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 10 cái- Cảm biến đo SpO2 : Loại sử dụng nhiều lần (dùng cho người lớn loại kẹp): 07 cái.- Cảm biến đo SpO2 : Loại sử dụng nhiều lần (dùng cho trẻ em loại kẹp): 01 cái.- Cảm biến đo SpO2 : Loại sử dụng nhiều lần (dùng cho trẻ sơ sinh loại dây quấn): 02 cái.- Bộ pin sạc, sử dụng nhiều lần (tích hợp theo máy): 10 bộ.- Bộ sạc pin (tích hợp theo máy hoặc rời): 10 bộ. 3. Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">- Đo và hiển thị nồng độ SpO2 trong máu và nhịp mạch.- Có tích hợp âm thanh cảnh báo và báo động.- Có chức năng báo pin yếu.- Sử dụng được loại pin sạc và pin sử dụng 01 lần 4.Yêu cầu khác:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật
				- Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.

Nếu Quý nhà cung cấp có cung cấp loại hàng hoá nêu trên, đề nghị Quý nhà cung cấp gửi văn bản chào cầu hình, TSKT theo mẫu đính kèm và kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (*nếu có*) về Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp).

- Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp).

- Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn

Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ chào thông số kỹ thuật máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2)” để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy định. (*Theo biểu mẫu đính kèm*)

Thời hạn có hiệu lực của bảng chào cầu hình, TSKT: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày bảng chào cầu hình, TSKT được ký và nằm trong khoảng thời gian tiếp nhận báo giá.

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/6/2026

Các bảng chào cầu hình, TSKT nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC

BIỂU MẪU CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 1073/BVĐKCL-VTTBYT ngày 28 tháng 5 năm 2026)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Theo văn bản mời chào cấu hình, thông số kỹ thuật của Bệnh viện, Công ty chúng tôi chào cấu hình, thông số kỹ thuật (TSKT) của máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, thông số kỹ thuật
1				

Kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Ngày ... tháng năm
Đại diện của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)