

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP  
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1074/BVĐKKL-VTTBYT  
V/v mời chào TSKT  
(Lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cai Lậy, ngày 28 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm monitor theo dõi sản khoa để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện, cụ thể như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật
01	Monitor theo dõi sản khoa	Cái	01	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.</li><li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</li><li>- Máy mới 100%.</li><li>- Xuất xứ: Các nước của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)</li><li>- Nguồn điện sử dụng: Nguồn AC 220V (<math>\pm 10\%</math>), pin sạc.</li></ul> <p><b>2. Cấu hình cung cấp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01 cái</li><li>- Đầu đo con co tử cung và đầu dò đo nhịp tim thai: 01 cái</li><li>- Đầu đo nhịp tim thai: 01 cái</li><li>- Dây đai đầu dò: 02 cái</li><li>- Gel: 01 lọ</li><li>- Dây nguồn: 01 cái</li><li>- Pin sạc: 01 cái</li><li>- Giấy in: 10 xấp/ cuộn</li><li>- Máy in nhiệt tích hợp trong máy</li><li>- Xe để máy đồng bộ với hãng</li></ul> <p><b>3. Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy monitor sản khoa theo dõi hai chức năng: Nhịp tim thai (đơn thai, song thai) và con gò tử cung, ngoài ra còn có theo dõi cử động thai.</li></ul>

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình màu cảm ứng: <math>\geq 7</math> inch</li> <li>- Máy kết nối và gửi hình ảnh được qua mạng LAN</li> </ul> <p>Đo nhịp tim thai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tín hiệu đầu vào: Hệ thống 2 kênh siêu âm Doppler</li> <li>- Báo động: Khi nhịp tim thai vượt quá giới hạn trên dưới và thời gian trễ.</li> </ul> <p>Đo cử động thai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kỹ thuật phát hiện: Siêu âm Doppler, 2 kênh</li> <li>- Cách thức ghi: Ghi sóng nhọn</li> </ul> <p>Đo cơn co tử cung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tín hiệu vào: Đầu dò theo dõi cơn co tử cung</li> <li>- Dãy đo: 0 – 100</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác:</b></p> <p>Thời gian bảo hành thiết bị: <math>\geq 12</math> tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.</p>

Nếu Quý nhà cung cấp có cung cấp loại hàng hoá nêu trên, đề nghị Quý nhà cung cấp gửi văn bản chào cầu hình, TSKT theo mẫu đính kèm và kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (*nếu có*) về Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp).

- Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp).

- Nhận qua email: [cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn](mailto:cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn)

**Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ chào thông số kỹ thuật monitor theo dõi sản khoa”** để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy định. (*Theo biểu mẫu đính kèm*)

Thời hạn có hiệu lực của bảng chào cầu hình, TSKT: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày bảng chào cầu hình, TSKT được ký và nằm trong khoảng thời gian tiếp nhận báo giá.

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/6/2026

Các bảng chào cầu hình, TSKT nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**Q. GIÁM ĐỐC**

**BIỂU MẪU CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT**  
(Kèm theo Công văn số 1074/BVĐKCL-VTTBYT ngày 28 tháng 5 năm 2026)

**Tên nhà cung cấp: ...**

**Địa chỉ: ...**

**Số điện thoại liên hệ: ...**

**Email: ...**

**BẢNG CHÀO CẦU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Theo văn bản mời chào cấu hình, thông số kỹ thuật của Bệnh viện, Công ty chúng tôi chào cấu hình, thông số kỹ thuật (TSKT) của monitor theo dõi sản khoa như sau:

<b>Stt</b>	<b>Danh mục hàng hóa</b>	<b>Đvt</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Cấu hình, thông số kỹ thuật</b>
1				

Kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Ngày ... tháng .... năm ....  
**Đại diện của nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu)