

Số: 1098/BVĐKKL-VTTBYT
V/v mời chào nội dung thực hiện dịch
vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn
nhiệt độ thấp công nghệ Plasma tại
bệnh viện.

Thị xã Cai Lậy, ngày 13 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các Công ty.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng “Máy
tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma” với nội dung cụ thể như sau:

**I. Danh mục dịch vụ: Nội dung Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn
nhiệt độ thấp công nghệ Plasma:**

- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm: 02 lần
bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ 6 tháng 1 lần), đột xuất khi có yêu cầu.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cai Lậy.

S T T	Tên dịch vụ	Model/ nước sản xuất thiết bị	Mô tả dịch vụ	Đvt	SL	Thời gian và Địa điểm thực hiện dịch vụ	Yêu cầu về đầu ra dịch vụ
1.	Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma	- Model: Sterrad 100S - Hãng sản xuất: ASP. - Nước sản xuất: Mỹ	- Cung cấp vật tư thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất. - Cung cấp thông tin về nội dung thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng. - Cung cấp thông tin và cập nhật phần mềm mới cho thiết bị (nếu có). - Kiểm tra, vệ	Lần/ năm	02	Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cai Lậy; Thời gian thực hiện: 12 tháng (06 tháng/ 1	- Danh mục chi tiết vật tư thay thế theo khuyến cáo của hãng sản xuất và Đính kèm tài liệu chứng minh. - Kiểm tra thay dầu cho máy hút chân không, máy hoạt động ổn định, test vacuum cho máy đạt yêu cầu (500 mTorr trong thời gian 5 phút). - Khắc phục các

		sinh các chi tiết máy làm tăng độ bền của cửa thiết bị - Đáp ứng tất cả các cuộc gọi hỗ trợ khi máy gặp sự cố. - Kiểm tra, khắc phục sự cố (hoặc đề xuất giải pháp khắc phục) máy trong vòng 24-48 giờ khi máy gặp sự cố bất thường. - Sửa chữa, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị. - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng. Trong trường hợp phải thay thế linh kiện phải cung cấp biên bản giám định hư hỏng và đề xuất hướng xử lý, báo giá (nếu có)		lần)	lỗi hư hỏng, Vệ sinh bụi bẩn trong máy, van, bộ lọc, tín hiệu kết nối ổn định, tra dầu, vệ sinh buồng tiết trùng, vệ sinh hệ thống khí nén. - Cung cấp số điện thoại người đại diện hoặc người phụ trách khu vực để liên hệ khi hệ thống gặp sự cố. - Hỗ trợ từ xa khi có yêu cầu. - Có nhân viên kiểm tra sửa chữa trong vòng 24-48 giờ khi máy gặp sự cố. - Các thông số của máy phải được sửa chữa, hiệu chỉnh sao cho máy hoạt động đúng theo tiêu chuẩn nhà sx - Máy tiết khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma hoạt động ổn định trong thời gian bảo trì, trong trường hợp hư hỏng phải thay thế linh kiện thì phải có biên bản giám định hư hỏng, báo giá để Bv xem xét.
--	--	---	--	-------------	---

II. Các yêu cầu khác: nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Bảo trì 6 tháng/1 lần/1năm.
2. Bên nhà thầu phải có ít nhất 1 kỹ sư có văn bằng/chứng chỉ phù hợp với công việc bảo trì.

Nếu Quý Công ty có kinh doanh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nêu trên, đề nghị gửi báo giá có nội dung chi tiết về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, theo mẫu như sau:

BẢNG CHÀO NỘI DUNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma, như sau:

Đvt: đồng

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đáp ứng đầu ra	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá dự kiến	Thành tiền
1							
...							
Tổng cộng:							

(Số tiền bằng chữ:)

***Ghi chú:** (Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, nhân công để thực hiện dịch vụ, không bao gồm linh kiện / vật tư thay thế)

Thời hạn nhận báo giá: Từ khi phát hành công văn đến trước 13 giờ ngày 21/05/2025.

Nơi nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, địa chỉ: Số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Báo giá được niêm phong dán kín.

Ngoài bì thư ghi rõ: Báo giá “**Nội dung Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma**”.

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC