

Số: 1101/BVĐKKL-VTTBYT
V/v mời chào nội dung thực hiện dịch
vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn
nhiệt độ thấp công nghệ Plasma tại
bệnh viện.

Cai Lậy, ngày 27 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng “Máy
tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma” với nội dung cụ thể như sau:

**1. Nội dung yêu cầu: Cung cấp nội dung thực hiện Bảo trì, bảo dưỡng
Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma:**

Nội dung cụ thể như sau:

ST T	Danh mục dịch vụ	Model/ nước sản xuất thiết bị	Mô tả dịch vụ	Đvt	SL	Thời gian và Địa điểm thực hiện dịch vụ	Yêu cầu về đầu ra dịch vụ
1.	Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma	- Model: Sterrad 100S - Hãng sản xuất: ASP. - Nước sản xuất: Mỹ	Nội dung công việc thực hiện:	Dịch vụ	01	-Thời gian thực hiện: 12 tháng + Định kỳ: 06/1 lần + Đợt xuất: Khi có yêu cầu -Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cai Lậy;	Sau khi thực hiện dịch vụ: Máy hoạt động được ổn định đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

2. Các yêu cầu khác: Bên nhà thầu phải có ít nhất 1 kỹ sư có văn bằng/chứng
chỉ ... phù hợp với công việc bảo trì.

Nếu quý Công ty có kinh doanh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nêu trên, đề
nghị gửi báo nội dung chi tiết về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, theo
mẫu như sau:

BẢNG CHÀO NỘI DUNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào nội dung thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma tại bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Cai Lậy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo nội dung thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma, như sau:

Đvt: đồng

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đáp ứng đầu ra	Thời gian và Địa điểm thực hiện dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Giá Tham khảo	Thành tiền
1	Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma - Model: Sterrad 100S - Hãng sản xuất: ASP. Nước sản xuất: Mỹ	Nhà thầu đề xuất chi tiết: Nội dung công việc thực hiện:	Nhà thầu ghi rõ: Kết quả đạt được sau khi thực hiện dịch vụ:	Nhà thầu đề xuất thời gian: -Thời gian thực hiện: + Định kỳ: + Đợt xuất: -Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cai Lậy;	01	Dịch vụ	Nhà thầu ghi:	Nhà thầu ghi:
...								
Tổng cộng: (Số tiền bằng chữ:)								

***Ghi chú:** (Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, nhân công để thực hiện dịch vụ, không bao gồm linh kiện / vật tư thay thế)

Thời hạn nhận báo nội dung thực hiện dịch vụ: Từ 27/11/2025 đến hết ngày 08/12/2025.

Nơi nhận báo nội dung thực hiện dịch vụ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, địa chỉ: Số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài bì thư được niêm phong , dán kín, ghi rõ: Báo “**Nội dung Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma**”.

Rất mong được sự quan tâm của Quý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC