

Số: 1182/BVĐKKV-VTTBYT
V/v mời chào giá bảo trì, thay linh kiện
định kỳ cho hệ thống lọc nước RO và
máy rửa màng lọc thận dùng trong
chạy thận nhân tạo.

Cai Lậy, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Các công ty kinh doanh dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa
hệ thống lọc nước RO dùng trong chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu
“Bảo trì, thay linh kiện định kỳ cho hệ thống lọc nước RO và máy rửa màng lọc
thận dùng trong chạy thận nhân tạo, trong thời gian chờ kết quả đấu thầu rộng
rãi” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông Võ Duy Dương, chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT. ĐT: 0987 638 640
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:*

Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ:
Số 398, Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài bì thư của báo giá ghi rõ: **“BẢN CHÀO GIÁ: Bảo trì định kỳ
cho hệ thống lọc nước RO dùng trong chạy thận nhân tạo”** để đơn vị tiến
hành tiếp nhận, lưu trữ, lập hồ sơ mua sắm theo quy định.

- *Nhận qua email:* cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/12/2025 đến hết ngày 14/12/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 12
năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

1. Yêu cầu chung:

- Sau khi Bảo trì, thay linh kiện định kỳ cho hệ thống lọc nước RO: Chất
lượng nước phải đảm bảo sử dụng an toàn cho người bệnh đúng theo qui định
của Bộ y tế và các qui định hiện hành

- Sau khi Bảo trì, thay linh kiện định kỳ cho máy rửa màng lọc thận: Máy
rửa màng lọc thận hoạt động đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

2. Yêu cầu cụ thể:

- Danh mục dịch vụ: Bảo trì, thay linh kiện định kỳ cho hệ thống lọc nước R.O và máy rửa màng lọc thận dùng trong chạy thận nhân tạo, trong thời gian chờ kết quả đấu thầu rộng rãi.
- Thời gian bắt đầu thực hiện Bảo trì, thay linh kiện, tẩy rửa dùng ống định kỳ: trong tháng 12/2025
- Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ “Bảo trì, thay linh kiện định kỳ cho hệ thống lọc nước R.O và máy rửa màng lọc thận dùng trong chạy thận nhân tạo, trong thời gian chờ kết quả đấu thầu rộng rãi”: 03 tháng.
- Cụ thể như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Yêu cầu về đầu ra	SL	Đvt	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Bảo trì, thay linh kiện định kỳ cho hệ thống lọc nước ro và máy rửa màng lọc thận dùng trong chạy thận nhân tạo, trong thời gian chờ kết quả đấu	Cụ thể gồm 03 phần: I. Phần thay thế linh kiện/vật tư II. Phần bảo trì III. Phần lấy mẫu	- Áp dụng quy trình kỹ thuật tẩy rửa phải thực hiện đúng và đạt các tiêu chuẩn an toàn theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành; - Sau khi bảo trì, thay thế linh kiện/Vật tư: Nước R.O phải đạt tiêu chuẩn dùng cho chạy thận, chất lượng nước phải đảm bảo sử dụng an toàn cho người bệnh đúng theo quy định của Bộ y tế và các quy định hiện hành - Sau khi Bảo trì cho máy rửa màng lọc thận: Máy rửa màng lọc thận hoạt động đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Sau mỗi lần lấy mẫu kiểm nghiệm nhà thầu phải cung cấp kết quả Email (bản điện tử) chậm nhất 10 ngày và 1 bộ kết quả	1	Dịch vụ	Đơn vị thận nhân tạo thuộc Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

	thầu rộng rãi		bản chính kèm theo 2 bản sao y có chứng thực (bản giấy) trong vòng 15 ngày cho Bên mời thầu (kể từ ngày lấy mẫu nước); - Chi phí toàn bộ để thực hiện công việc do nhà thầu chi trả.			
I	Phần thay thế linh kiện/vật tư					
1	Thay lõi lọc phân tử 5 micron	Lõi lọc phân tử 5 micron: - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén - Kích thước lỗ thấm 5micron, Φ63mm, dài 508mm.	- Tương thích với Hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy;	03	Cái	Đơn vị thận nhân tạo thuộc Bệnh viện ĐKKV
2	Thay lõi lọc vi sinh 0,2 micron	Lõi lọc vi sinh 0,2 micron: - Lõi lọc polypropylene dạng xếp trong khung nhựa PE - Kích thước lỗ thấm 0,2 micron, Φ68mm, dài 500mm		05	Cái	Cai Lậy
II	Phần bảo trì					
1	Kiểm tra bảo trì hệ thống xử lý nước R.O	- Kiểm tra chất lượng nước nguồn đầu vào hệ thống - Kiểm tra chất lượng nước mềm sau cụm thiết bị tiền xử lý. - Kiểm tra chất lượng nước thành phẩm sau máy R.O - Kiểm tra chất lượng nước đang sử dụng chạy thận nhân tạo - Kiểm tra, bảo trì toàn bộ hệ thống R.O	- Áp dụng quy trình kỹ thuật tẩy rửa phải thực hiện đúng và đạt các tiêu chuẩn an toàn theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành; - Hoá chất sử dụng trong quá trình tẩy rửa đúng hoá chất theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành;	01	Lần	Đơn vị thận nhân tạo thuộc Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

		- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng (không thay linh kiện)			
2	Kiểm tra, bảo trì máy rửa màng lọc	- Kiểm tra bảo trì toàn bộ máy rửa màng lọc - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng (không thay linh kiện)		01	Lần
3	Bảo trì tẩy rửa, khử khuẩn	- Xả rửa bồn chứa nước thô - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O.	- Thiết bị kiểm tra: máy đo hàm lượng Chlorine 2 trong 1 (đo hàm lượng Chlorine dư và hàm lượng Chlorine tổng) - Áp dụng đúng các tiêu chuẩn an toàn và thực hiện quy trình kỹ thuật theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 (và các quy định hiện hành); - Hoá chất sử dụng trong quá trình tẩy rửa đúng hoá chất theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 (và các quy định hiện hành);	01	Lần
III Phân lấy mẫu					
1	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố	- Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu, sau khi tẩy rửa, khử khuẩn. - Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào	- Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế; - Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959: 2014 theo quy định của Bộ Y tế;	01	Lần
					Đơn vị thận nhân tạo thuộc Bệnh viện

		máy thận bất kỳ;				ĐKKV
2	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh	- Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu, sau khi tẩy rửa, khử khuẩn. - Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào máy thận bất kỳ.	- Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế - Tiêu chuẩn áp dụng: tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959:2014 theo quy định của Bộ Y tế.	01	Lần	Cai Lậy

3. Các yêu cầu khác:

- Trong và sau khi thay thế linh kiện, bảo trì và lấy mẫu: Nhà thầu phải tuân thủ theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018, Tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959:2014 theo quy định của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động;
- Nhà thầu tiến hành bảo trì định kỳ vào các chiều ngày thứ 7 và chủ nhật, sau khi sửa chữa bảo trì sáng thứ hai đơn vị thận nhân tạo vẫn hoạt động bình thường.
- Khi đột xuất có sự cố hư hỏng đột xuất, thì nhân viên kỹ thuật của nhà thầu sẽ có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận tin báo từ Bên mời thầu bằng điện thoại để tiến hành khắc phục, sửa chữa trong vòng 01 ngày nếu không thay linh kiện, nếu thay linh kiện nhà thầu phối hợp với bệnh viện để việc mua sắm và thay thế trong thời gian sớm nhất. Báo giá linh kiện phải được Bệnh viện phê duyệt trước khi thực hiện.
- Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), giấy chứng nhận xuất xứ (CO) nếu là hàng nhập khẩu.
- Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng bảo trì. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có tai biến hoặc sự cố xảy ra trong phạm vi công việc đã nêu và được chứng minh do lỗi của nhà thầu.
- Năng lực về nhân sự Nhà Thầu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 - ❖ Có ít nhất 01 cán bộ kỹ thuật Có trình độ thuộc chuyên ngành có liên quan từ đại học trở lên, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm:
 - + Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về giám sát chất lượng nước RO đảm bảo an toàn cho điều trị thận nhân tạo (do cơ quan có thẩm quyền tập huấn và cấp giấy chứng nhận);
 - + Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và Kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận (do cơ quan có thẩm quyền tập huấn và cấp giấy chứng nhận).
 - + Có Hợp đồng lao động còn hiệu lực.
 - ❖ Cán bộ trực tiếp bảo trì: Có ít nhất 01 cán bộ trực tiếp bảo trì, có trình độ thuộc chuyên ngành có liên quan từ trung cấp trở lên, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm:

+ Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về giám sát chất lượng nước RO đảm bảo an toàn cho điều trị thận nhân tạo do cơ quan có thẩm quyền tập huấn và cấp chứng chỉ (do cơ quan có thẩm quyền tập huấn và cấp giấy chứng nhận);

+ Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận (do cơ quan có thẩm quyền tập huấn và cấp giấy chứng nhận);

+ Có Hợp đồng lao động còn hiệu lực.

- Nhà thầu phải cung cấp qui trình, các bước thực hiện bảo trì, khử khuẩn hệ thống lọc nước RO dùng trong chạy thận nhân tạo và máy rửa màng lọc thận nhân tạo, phù hợp với *Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo*, kèm theo Bản chào giá của công văn này.

4. Biểu mẫu chào giá: Theo biểu mẫu đính kèm.

Rất mong được sự quan tâm của Quý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1182/BVĐKCL-VTTBYT ngày 08 tháng 12 năm 2025)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công ty chúng tôi báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đáp ứng về đầu ra	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1							
2							
...							

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT theo mức thuế suất quy định của hàng hóa/dịch vụ; các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí khác liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày], kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2025 [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Thực hiện đúng, đủ theo nội dung mục II “Nội dung yêu cầu chào giá” của bệnh viện.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Đơn giá của dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))