

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện; Cụ thể như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Thông số kỹ thuật
01	Giường bệnh	Cái	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Giường mới 100%. 2. Cấu hình cung cấp: - Giường hoàn toàn bằng Inox 304 (không bao gồm bánh xe). - Cây móc màn: 02 cây - Bánh xe: 04 bánh (02 bánh có khoá, 02 bánh không khoá) - Lan can: 02 cái 3. Thông số kỹ thuật : - Chất liệu: Cấu tạo của giường bằng Inox 304 (không bao gồm bánh xe). - Kiểu dáng: Nâng 1 đầu bằng thanh nấc. Thanh nấc được làm bằng tấm inox, độ dày $\geq 4\text{mm}$ - Kích thước: Dài x rộng x cao (1.900 x 900 x 550 mm) ($\pm 2\%$) (chiều cao tính từ chân giường (bao gồm bánh xe) đến mặt giát giường) - Khung chân: Được làm từ ống Inox, đường kính $\geq 32\text{mm}$ độ dày $\geq 1,2\text{ mm}$, cao 850 mm ($\pm 2\%$). + Thanh giằng khung chân: Được làm bằng ống Inox đường kính $\geq 25\text{ mm}$, độ dày $\geq 1,2\text{ mm}$. + Chấn song khung chân: Được làm bằng ống Inox đường kính $\geq 16\text{ mm}$, độ dày $\geq 1,0\text{ mm}$ gồm 4 thanh. Gắn dọc, đầu dưới ngang với khung ngang. - 02 cây móc màn dạng chữ U được làm bằng ống

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Thông số kỹ thuật
			inox đường kính ≥ 16 mm, độ dày ≥ 1 mm, (cao x ngang: 1.000 x 900 mm) ($\pm 2\%$), mỗi cây có 02 móc dùng để móc màn. Cây móc màn dạng chữ U được gắn vào 04 ống inox độ dày ≥ 1 mm, có chiều dài 100 mm ($\pm 2\%$), được thiết kế bít ở đầu phía dưới, được hàn cố định vào thanh giường. - Khung thân giường gồm thanh dọc và thanh ngang: được làm từ Inox hộp chữ nhật (30 x 60) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm. - Khung nâng đầu: Được làm từ Inox hộp vuông (25 x 25) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm, điều chỉnh được từ 0° đến 60°. - Giát giường (vật giường): Giát giường phải làm bằng inox hộp (15x50) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,0$ mm, được bao bọc và gia cố bằng phương pháp hàn. Khoảng cách giữa các thanh ≤ 18mm. Giát giường được chia làm 02 đoạn. Chiều dài đoạn nâng đầu là 640 mm ($\pm 2\%$), đoạn còn lại được lắp cố định vào khung thân giường. Khoảng cách giữa đoạn nâng đầu và phần còn lại 20 mm ($\pm 2\%$) và được kết nối với nhau ≥ 03 bản lề Inox . - Thanh ngang đỡ giát giường được làm bằng inox hộp chữ nhật (25 x 50) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm (gồm: 01 thanh đỡ đoạn nâng đầu, 02 thanh đỡ đoạn giát giường còn lại). - Lan can gắn 2 bên thành giường (có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng). Mỗi lan can gồm khung và 04 thanh đứng được làm bằng ống inox đường kính 25 mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm. Kích thước: dài x cao: (1300 x 400 mm) ($\pm 2\%$) . Lan can được kết nối với khung thân giường bằng pass inox và ốc vít. - Tấm gài bệnh án được làm bằng inox tấm: Dài x rộng (350 x 230) mm ($\pm 2\%$), độ dày ≥ 1 mm được gắn ngay ngắn và cân xứng ở khung đầu dưới. Kẹp cài bệnh án chắc chắn tháo lắp dễ dàng, thuận tiện

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Thông số kỹ thuật
			(kẹp giữ được 1 đến 15 lớp giấy dày 1 mm/lớp. khi lấy giấy khỏi kẹp, giấy không bị nhăn) - Bốn bánh xe loại có vòng bi, lắp ở chân giường; hai bánh có phanh hãm được bố trí chéo nhau; lốp bánh xe được làm bằng cao su, đường kính (100-125)mm. 4 bánh xe dễ chuyển hướng khi đẩy, tháo lắp được dễ dàng. - Kết cấu lắp ráp: Giường được lắp ghép bằng bulong Inox, chắc chắn. - Giường sau khi lắp ráp phải cân xứng. Mặt giường phẳng, không xô lệch, vênh vẹo. Độ lồi lõm của mặt giường $\leq 3\text{mm}$ - Các mối hàn ghép phải chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ. - Các chi tiết kim loại của giường bệnh nhân phải nhẵn bóng, không có cạnh sắc. 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
02	Giường cấp cứu	Cái	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Thiết bị mới 100%. 2. Cấu hình thiết bị: - Giường có 2 tay quay: 01 cái - Nệm đặt trên giường: 01 cái - Cây dịch truyền: 01 cây 3. Thông số kỹ thuật : - Vật liệu: Inox, nhựa, thép sơn tĩnh điện - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng 2 tay quay - Có chỉ số báo góc nâng lưng - Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và có thể xếp gọn khi không sử dụng - Tầm chắn đầu và tầm chắn chân tháo rời được - Bộ 02 thành chắn bên nâng hạ được

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Thông số kỹ thuật
			- Chiều cao từ đất lên khung chứa đệm: 480mm ($\pm 5\%$) - Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 2.100mm x 890mm x 780mm ($\pm 5\%$) - Bánh xe có phanh hãm, đường kính 100mm - Tải trọng an toàn: ≥ 160 kg - Đệm: Kích thước (rộng x dài x cao): 860 mm x 1.900mm x 90 mm ($\pm 5\%$) 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.

Nhà thầu chào thông số kỹ thuật cho từng thiết bị y tế mà nhà thầu có thể cung cấp.

Nếu Quý nhà cung cấp có cung cấp các loại hàng hoá nêu trên, đề nghị Quý nhà cung cấp gửi văn bản chào cầu hình, TSKT theo mẫu đính kèm và kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (*nếu có*) về Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) **ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ chào thông số kỹ thuật giường bệnh, giường cấp cứu”** để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy định. (*Theo biểu mẫu đính kèm*)

Nơi nhận: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/6/2025

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT

Q. GIÁM ĐỐC

BIỂU MẪU CHÀO CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 1398/BVĐKCL-VTTBYT ngày 17 tháng 6 năm 2025)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Theo văn bản mời chào cấu hình, thông số kỹ thuật của Bệnh viện, Công ty chúng tôi chào cấu hình, thông số kỹ thuật (TSKT) như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Cấu hình, thông số kỹ thuật

Kèm theo catalogue, các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Ngày ... tháng năm

Đại diện của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)