

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1429/BVĐKCL-VTTBYT

V/v lấy báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 30 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt – Model: Optima CT 520” với thông tin, nội dung cụ thể như sau:

- Tên thiết bị: Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt.
- Model: Optima CT 520.
- S/N: OPTKX2000006N.
- Hãng /Nước sx: GE / Mỹ.
- Năm sản xuất: 2020.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Đoàn Văn Tho, chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT .ĐT: 0909.281.995
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - *Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ:* Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. **Báo giá để trong bao thư được niêm phong dán kín.**

- Ngoài bì thư ghi : **Báo giá Thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt – Model: Optima CT 520**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 13h ngày 12 tháng 8 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục dịch vụ: Thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt – Model: Optima CT 520

1. Yêu cầu chung:

- Sau khi thay bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt – Model: Optima CT 520 thì hệ thống máy sẽ hoạt động được ổn định đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Nêu cụ thể thời gian, điều kiện bảo hành và chính sách hậu mãi

2. Yêu cầu chi tiết:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ngày hoàn thành (thời gian thực hiện hợp đồng)	Yêu cầu về đầu ra
1.	Thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt – Model: Optima CT 520	Thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa hoàn chỉnh (bao gồm các linh kiện thay thế phát sinh) để Hệ thống máy hoạt động được ổn định theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	Dịch vụ	01	≤ 90 ngày	- Sau khi thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa hoàn chỉnh (bao gồm các linh kiện thay thế phát sinh) thì Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt sẽ hoạt động được ổn định theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Khi thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa sẽ không làm hư hỏng đến các thiết bị, linh kiện khác của Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt - Model: Optima CT 520

3. Các yêu cầu khác:

- Thực hiện việc thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa phải do kỹ sư được đào tạo chính hãng GE Healthcare hoặc đại diện hãng GE Healthcare tại Việt Nam ủy quyền cung cấp nhân sự nhằm bảo đảm khả năng thực hiện công việc thay thế, sửa chữa và bảo hành.

- Bóng phát tia X, linh kiện thay thế (bao gồm các linh kiện thay thế phát sinh) đảm bảo hoàn toàn tương thích với Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt - Model: Optima CT 520; Số S/N: OPTKX2000006N đang có tại Bệnh viện.

Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam báo giá theo mẫu báo giá sau đây:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ Thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt – Model: Optima CT 520 như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đáp ứng về đầu ra	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
1							
2							
...							
	Tổng cộng:						

Cung cấp thông số, tính năng kỹ thuật cơ bản của bóng phát tia X, linh kiện thay thế (nếu có) kèm theo bảng báo giá này.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Sau khi thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa (bao gồm các linh kiện thay thế phát sinh) thì hệ thống sẽ hoạt động được ổn định đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, không làm hư hỏng đến các linh kiện khác.

- Thực hiện việc thay thế bóng phát tia X, linh kiện và sửa chữa phải do kỹ sư được đào tạo chính hãng GE Healthcare hoặc đại diện hãng GE Healthcare tại Việt Nam ủy quyền cung cấp nhân sự nhằm bảo đảm khả năng thực hiện công việc thay thế, sửa chữa và bảo hành.

- Bóng phát tia X, linh kiện thay thế (bao gồm các linh kiện thay thế phát sinh) đảm bảo hoàn toàn tương thích với Hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt - Model: Optima CT 520; Số S/N: OPTKX2000006N đang có tại Bệnh viện.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là trọn gói, phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT (Tho).

Q. GIÁM ĐỐC