

Mẫu 03

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG  
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1732/BVĐKCL-VTTBYT  
V/v lấy TSKT (Lần 2)

Thị xã Cai Lậy, ngày 11 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm “Đầu dò 3Sc-RS” để sử dụng cho máy siêu âm tim 03 đầu dò Vivid S60N; Cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
01	<b>Đầu dò 3 Sc-RS</b> (Thông số kỹ thuật của máy siêu âm: - Model: Vivid S60N - Số S/N: 100202S60N - Hãng Sx: GE)	Cái	01	<b>I. Yêu cầu chung:</b> + Năm sản xuất: 2023 trở về sau. + Mới 100%. <b>II. Thông số kỹ thuật:</b> + Sử dụng tương thích với Máy siêu âm tim 03 đầu dò Vivid S60N + Ứng dụng trong siêu âm: Tim mạch, Nhi, Bụng, Tim thai, Xuyên sọ người lớn, Mạch vành, Gắng sức, Sản/Phụ khoa, Mạch máu... + Tiết diện: 18 x 24 mm ( $\pm$ 10%) + Tần số: 1.3 - 4.5 MHz + Trường nhìn: $\geq$ 120 độ + Độ sâu: $\geq$ 36 cm <b>III. Yêu cầu khác:</b> - Cung cấp các giấy tờ có liên quan theo quy định. - Bảo hành $\geq$ 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu

Nếu quý Công ty có kinh doanh các loại hàng hóa nêu trên đề nghị gửi thông số kỹ thuật (TSKT) có giá tham khảo bằng văn bản (kèm theo catalogue và các giấy tờ khác có liên quan)(nếu có) về Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy (Địa chỉ: số 398 đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) ngoài bì

thư ghi rõ: “Hồ sơ chào thông số kỹ thuật Đầu dò 3Sc-RS” để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định

Nơi nhận: Phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến 13 giờ ngày 19/9/2024

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT

**Q. GIÁM ĐỐC**