

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 177/BVĐKCL-VTTBYT

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cai Lậy, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các Công ty

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng các máy X - Quang, như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Đoàn Văn Tho, chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT.
ĐT: 0909.281.995

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ:* Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. **Báo giá để trong bao thư được niêm phong dán kín.** Ngoài bì thư ghi : **Báo giá bảo trì, bảo dưỡng các máy X - Quang.**

- *Nhận qua email:* cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03 tháng 02 năm 2026

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

1. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu cung cấp các giấy tờ có liên quan đến An toàn bức xạ như: Người thực hiện công việc có chứng chỉ hoặc chứng nhận ... liên quan đến An toàn bức xạ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

- Số lần bảo trì, bảo dưỡng các máy X - Quang trong 24 tháng: 08 lần

***Ghi chú:** (Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, nhân công để thực hiện dịch vụ, không bao gồm linh kiện / vật tư thay thế)

2. Yêu cầu chi tiết:

Stt	Danh mục dịch vụ	Model /Hãng /Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Yêu cầu đầu ra	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
01	Bảo trì, bảo dưỡng máy X-Quang di động Sedecal - Covid 19.	Model: TXL-Plus8 S/N: PKL 13072 Nsx: Tây Ban Nha	Nội dung công việc: - Vệ sinh toàn bộ máy -Kiểm tra toàn bộ các board mạch - Cân chỉnh các thông số KV, MA, MAS. - Kiểm tra giá treo bóng và collimator. - Cân chỉnh phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy. - Cân chỉnh đèn định vị. - Kiểm tra độ an toàn điện. Kiểm tra tình trạng hoạt động.	- Toàn bộ máy được vệ sinh sạch sẽ. - Toàn bộ các board mạch phải hoạt động được bình thường - Các thông số KV, MA, MAS phải đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Giá treo bóng và collimator, nếu có hư hỏng phải sửa chữa hoàn chỉnh - Phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy phải êm, nhẹ, an toàn - Đèn định vị phải xác định vị trí chính xác - Bảo đảm an toàn cho người bệnh và người sử dụng - Đảm bảo máy hoạt động được đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	08	Lần/ 02 năm	Khoa CDHA Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy
02	Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống máy chụp X – Quang kỹ thuật số DR-CORE LABS	Model: CMP 200 Hãng SX: Core Labs, LLC S/N: 19B772 Nước sx: Mỹ	Nội dung công việc: - Vệ sinh toàn bộ máy - Kiểm tra toàn bộ các board mạch - Cân chỉnh các thông số KV, MA, MAS. - Kiểm tra giá treo bóng và collimator. - Cân chỉnh phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy. - Cân chỉnh đèn định vị. - Cân chỉnh bàn bệnh nhân bucky	- Toàn bộ máy được vệ sinh sạch sẽ. - Toàn bộ các board mạch phải hoạt động được bình thường - Các thông số KV, MA, MAS phải đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Giá treo bóng và collimator, nếu có hư hỏng phải sửa chữa hoàn chỉnh - Phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy phải êm, nhẹ, an toàn - Đèn định vị phải xác định vị trí chính xác - Bàn bệnh nhân bucky bàn, bucky đứng phải hoạt động được bình	08	Lần/ 02 năm	Khoa CDHA Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

Stt	Danh mục dịch vụ	Model /Hãng /Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Yêu cầu đầu ra	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
			bàn, bucky đứng. - Cân chỉnh các thắng từ. - Kiểm tra độ an toàn điện. - Khắc phục và xử lý hình ảnh do lỗi liên quan phần mềm, phần cứng. - Kiểm tra tình trạng hoạt động	thường - Các thắng từ phải hoạt động được bình thường - Bảo đảm an toàn cho người bệnh và người sử dụng - Các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm phải được khắc phục hoàn chỉnh - Đảm bảo máy hoạt động được đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất			
03	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy X-Quang số hóa CR kèm hệ thống nhận ảnh DR	a.Máy X-Quang số hóa CR (Model: AS-500-RS-TS S/N: KY 140306 Nước sx: Hàn Quốc); b.Hệ thống nhận ảnh DR (Model: 4343ZF Wireless, CsI; SN:30204 343ZF10 39S10E94 0; Nước sx: Trung Quốc)	Nội dung công việc: a. Máy X-Quang số hóa CR: - Vệ sinh toàn bộ máy - Kiểm tra toàn bộ các board mạch - Cân chỉnh các thông số KV, MA, MAS. - Kiểm tra giá treo bóng và collimator. - Cân chỉnh phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy. - Cân chỉnh đèn định vị. - Cân chỉnh bàn bệnh nhân bucky bàn, bucky đứng. - Cân chỉnh các thắng từ. - Kiểm tra độ an toàn điện. - Kiểm tra tình trạng hoạt động: phần cứng và phần mềm	a. Máy X-Quang số hóa CR: - Toàn bộ máy được vệ sinh sạch sẽ. - Toàn bộ các board mạch phải hoạt động được bình thường - Các thông số KV, MA, MAS phải đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Giá treo bóng và collimator, nếu có hư hỏng phải sửa chữa hoàn chỉnh - Phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy phải êm, nhẹ, an toàn - Đèn định vị phải xác định vị trí chính xác - Bàn bệnh nhân bucky bàn, bucky đứng phải hoạt động được bình thường - Các thắng từ phải hoạt động được bình thường - Bảo đảm an toàn cho người bệnh và người sử dụng - Đảm bảo máy hoạt động được đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, kể cả phần cứng và phần mềm	08	Lần/02 năm	Khoa CDHA Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

Stt	Danh mục dịch vụ	Model /Hãng Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Yêu cầu đầu ra	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
			b.Hệ thống nhận ảnh DR: - Vệ sinh bề mặt - Kiểm tra vỏ ngoài - Tình trạng pin - Tiếp điểm sạc - Kết nối Wi-Fi, cáp kết nối (nếu có) - Hiệu chuẩn - Kiểm tra điểm ảnh chết - Kiểm tra "Ảnh bóng ma" - Sao lưu/xóa dữ liệu	b.Hệ thống nhận ảnh DR: - Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ - Không làm lọt ảm hoặc ánh sáng vào bên trong gây hỏng cảm biến - Kiểm tra pin để đảm bảo pin hoạt động tốt - Vệ sinh các điểm tiếp xúc trên pin và trên bộ sạc để đảm bảo dòng điện ổn định. - Kiểm tra cường độ tín hiệu truyền dẫn để tránh tình trạng mất dữ liệu hoặc trễ ảnh khi chụp. - Hiệu chuẩn để loại bỏ nhiễu nền và đảm bảo độ nhạy đồng nhất trên toàn bề mặt tấm. - Phần mềm cần được cập nhật bản đồ điểm ảnh lỗi để "lấp đầy" các vị trí này - Có hình ảnh sót lại từ lần chụp trước trên tấm hay không. Nếu có, cần phải hiệu chuẩn lại quy trình xóa của tấm ảnh - Đảm bảo các cấu hình hiệu chuẩn được sao lưu dự phòng/ xóa các dữ liệu không cần thiết.			
Tổng cộng: 03 khoản							

Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam báo giá theo mẫu báo giá sau đây:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các máy X - Quang như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các máy X - Quang. Cụ thể như sau:

Dvt: đồng

STT	Danh mục dịch vụ	Model /Hãng Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Đáp ứng đầu ra	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1								
...								
Tổng cộng:								

(Số tiền bằng chữ:)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thực hiện đúng, đủ theo phần **II. Nội dung yêu cầu chào giá** của bệnh viện

- Giá trị nêu trong báo giá là giá cố định trong 24 tháng, đã bao gồm thuế và các chi phí khác, phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh phải cung cấp giấy tờ có liên quan.

Rất mong sự hợp tác của quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải)
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC