

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG  
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1838/BVĐKCL-HCQT  
V/v gia hạn thời gian lấy báo giá  
“Mua Giường bệnh” (lần 1).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 27 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Công văn số 1768/BVĐKCL-HCQT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc lấy báo giá “Mua Giường bệnh”.

Đến ngày 27/9/2024 đã hết thời gian nhận báo giá nhưng Bệnh viện chỉ nhận được 01 báo giá từ 01 Công ty.

Để tăng tính cạnh tranh trong mua sắm, Bệnh viện tiếp tục gia hạn thời gian lấy báo giá “Mua Giường bệnh” (lần 1), cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Giường bệnh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chất liệu: Cấu tạo của giường bằng Inox 304 ngoại trừ chi tiết: bánh xe.</li><li>- Kiểu dáng: Nâng 1 đầu bằng thanh nấc: thanh nấc được làm bằng tấm inox, độ dày <math>\delta \geq 4\text{mm}</math>.</li><li>- Kích thước: dài 1.900 mm, rộng 900mm, cao 550 mm (chiều cao tính từ chân giường (bao gồm bánh xe) đến mặt giát giường).</li><li>- Khung chân: được làm từ ống Inox, đường kính <math>\phi = 32\text{mm}</math> độ dày <math>\delta \geq 1,2\text{ mm}</math>, cao 850mm.</li><li>+ Thanh giằng khung chân: được làm bằng ống Inox đường kính <math>\phi = 25\text{ mm}</math>, độ dày <math>\delta \geq 1,2\text{ mm}</math>.</li><li>+ Chân song khung chân: được làm bằng ống Inox đường kính <math>\phi = 16\text{ mm}</math>, độ dày <math>\delta \geq 1,0\text{ mm}</math> gồm 4 thanh. Gắn dọc, đầu dưới ngang với khung ngang.</li></ul>	Cái	51	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		<p>- 02 cây móc màn dạng chữ U phải được làm bằng ống inox đường kính <math>\phi = 16</math> mm, độ dày <math>\delta \geq 1</math> mm, (chiều cao 1.000 mm x chiều ngang 900 mm) được gắn vào 04 ống inox đường kính <math>\phi = 19</math> mm, độ dày <math>\delta \geq 1</math> mm, có chiều dài 100 mm, được thiết kế bít ở đầu phía dưới; ống inox được hàn cố định vào thanh giường.</p> <p>- Khung thân giường gồm thanh dọc và thanh ngang: được làm từ Inox hộp chữ nhật, kích cỡ (60 x 30) mm, độ dày <math>\delta \geq 1,25</math> mm.</p> <p>- Khung nâng đầu: được làm từ Inox hộp vuông, kích cỡ (25 x 25) mm, độ dày <math>\delta \geq 1,25</math> mm, điều chỉnh được từ <math>0^\circ</math> đến <math>60^\circ</math>.</p> <p>- Giát giường (dạ giường): giát giường phải làm bằng inox U 50x15 mm, độ dày <math>\geq 0,8</math> mm, được bao bọc và gia cố bằng phương pháp hàn. Khoảng cách giữa các thanh <math>\leq 18</math>mm. Giát giường được chia làm 02 đoạn. Chiều dài đoạn nâng đầu là 640mm, đoạn còn lại được lắp cố định vào khung thân giường. Khoảng cách giữa đoạn nâng đầu và phần còn lại = 20 mm và được kết nối với nhau bằng bản lề Inox.</p> <p>- 3 thanh ngang đỡ giát giường được làm bằng inox hộp chữ nhật kích cỡ (50 x 25) mm, độ dày <math>\delta \geq 1,2</math> mm (gồm: 01 thanh đỡ đoạn nâng đầu, 02 thanh đỡ đoạn giát giường còn lại).</p>			

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		<p>- 2 Lan can gắn 2 bên thành giường (có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng). Mỗi lan can gồm khung và 04 thanh đứng được làm bằng ống inox đường kính <math>\phi = 25</math> mm, độ dày <math>\delta \geq 1,2</math> mm. Kích thước: dài 1.300mm; cao: 400mm. Lan can được kết nối với khung thân giường bằng pass inox và ốc vít.</p> <p>- Tấm gài bệnh án được làm bằng inox tấm: chiều cao 350 mm x chiều ngang 230 mm, độ dày <math>\delta \geq 1</math> mm được gắn ngay ngắn và cân xứng ở khung đầu dưới. Kẹp cài bệnh án chắc chắn tháo lắp dễ dàng, thuận tiện (kẹp có thể giữ được 1 đến 15 lớp giấy dày 1 mm/lớp. khi lấy giấy khỏi kẹp, giấy không bị nhăn)</p> <p>- Bốn bánh xe loại có vòng bi, lắp ở chân giường; hai bánh có phanh hãm được bố trí chéo nhau; lớp bánh xe được làm bằng cao su cứng, đường kính 150mm. 4 bánh xe dễ chuyển hướng khi đẩy, có thể tháo lắp được dễ dàng.</p> <p>- Kết cấu lắp ráp: Giường được lắp ghép bằng bulong Inox M10x25.</p> <p>- Giường sau khi lắp ráp phải cân xứng. Mặt giường phẳng, không xô lệch, vênh vẹo. Độ lồi lõm của mặt giường không lớn hơn 3mm.</p> <p>- Các mối hàn ghép phải ngẫu chắc, không khuyết lõm, không rỉ nứt.</p>			

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Các chi tiết kim loại của giường bệnh nhân phải nhẵn bóng, không có cạnh sắc.			

- Nếu Quý Công ty có kinh doanh hàng hóa nêu trên, đề nghị gửi báo giá theo mẫu (bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan) được đóng dấu giáp lai, để vào phong bì và dán kín gửi về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: số 398 Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại: 0898000275) hoặc qua địa chỉ email: [cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn](mailto:cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn) để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định.

- Mẫu Báo giá như sau:

<b>Tên nhà cung cấp:...</b>						
<b>BẢNG BÁO GIÁ</b>						
<i>Dvt: đồng</i>						
STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
<p><i>(Ghi chú: đơn giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan)</i></p> <p><i>(Số tiền bằng chữ:..... )</i></p>						
<b><u>Lưu ý:</u></b> Thời gian bảo hành: $\geq$ 12 tháng						
<p>....., ngày...tháng...năm...</p> <p><b>Người báo giá</b></p> <p>(Ký và ghi rõ họ tên)</p>						

Nơi nhận báo giá: Phòng HCQT – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.

- Ngoài bì thư ghi rõ: **“Báo giá Giường bệnh”**.

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 09/10/2024 (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và sẽ hoàn trả về Công ty).

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phó Giám đốc;
- Phòng CNTT (để đăng tin)
- Lưu: VT, HCQT (Nhân).

**Q. GIÁM ĐỐC**