

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1878/BVĐKCL-VTTBYT
V/v lấy giá tham khảo và thông tin dịch vụ kỹ thuật bảo trì định kỳ cho các hệ thống máy chạy thận nhân tạo tại bệnh viện (Lần 2).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các công ty kinh doanh dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống máy chạy thận nhân tạo.

Căn cứ điều 4 của Thông tư số 14/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc xây dựng giá gói thầu đối với dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

Căn cứ Công văn số 1782/BVĐKCL-VTTBYT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy về việc lấy giá tham khảo và thông tin dịch vụ kỹ thuật bảo trì định kỳ cho các hệ thống máy chạy thận nhân tạo tại bệnh viện.

Nhưng đến hết hạn nhận hồ sơ đề xuất kỹ thuật mà Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy chưa tiếp nhận đủ hồ sơ đề xuất kỹ thuật xuất theo yêu cầu, vì vậy Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất kỹ thuật có giá tham khảo và thông tin dịch vụ kỹ thuật tham khảo, để đơn vị xây dựng yêu cầu dịch vụ kỹ thuật gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “bảo trì định kỳ cho các hệ thống máy chạy thận nhân tạo tại bệnh viện” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông Võ Duy Dương, chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT .ĐT: 0987 638 640
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:*

Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngoài bì thư của báo giá ghi rõ: “**BẢN CHÀO GIÁ: Bảo trì định kỳ cho hệ thống máy chạy thận nhân tạo**” để đơn vị tiến hành tiếp nhận, lưu trữ, lập hồ sơ mua sắm theo quy định.

- *Nhận qua email:* cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến trước 16h ngày 25 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
1	Kiểm tra sửa chữa, bảo trì định kỳ 06 tháng 01 lần	<p><i>Hệ thống máy chạy thận nhân tạo:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Model: Dialog +- Hãng sản xuất: B.Braun- Nước sản xuất: Đức <p>Công việc bảo trì bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kiểm tra bên ngoài máy xem có hư hỏng, bánh xe có quay được không.2. Kiểm tra ron cao su của que rút dịch, công màng lọc, công màng lọc nội độc tố, giá gắn bộ dịch, Bicarbonate bột.3. Kiểm tra dây hút dịch tẩy khuẩn, rò rỉ buồng cân bằng.4. Kiểm tra, xem các filter lọc của buồng cân bằng.5. Kiểm tra áp lực của các bộ phận PA, PV, PE, PDA6. Kiểm tra các van từ trong máy.7. Kiểm tra độ dẫn điện8. Kiểm tra các bơm hút dịch, bơm siêu lọc9. Kiểm tra bơm máu, bơm chống đông (heparin)10. Chạy Test máy lấy dịch lọc làm ION đồ dịch lọc, căn cứ kết quả ION dịch lọc thận này sẽ tiến hành làm biên bản nghiệm thu.	18	Cái	Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
		<p>11. Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị.</p> <p>12. Sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ không thay thế linh kiện</p> <p>13. Đối với sửa chữa lớn có thay thế linh kiện thì căn cứ vào biên bản giám định (có sự thống nhất của Bên mời thầu). Bên mời thầu sẽ tiến hành mua sắm cung cấp linh kiện thay thế theo biên bản giám định để nhà thầu thay thế sửa chữa (phải đảm bảo máy hoạt động lại bình thường sau khi thay thế linh kiện theo biên bản giám định của nhà thầu).</p> <p>Yêu cầu của bên mời thầu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bảo trì 6 tháng/1 lần/1 máy/1 năm. Bên nhà thầu phải có ít nhất 1 kỹ sư có văn bằng/chứng chỉ phù hợp với công việc bảo trì và phải được đào tạo chính hãng sản xuất máy. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, sau các lần bảo trì chính nếu máy có phát sinh sự cố cần sửa chữa, khắc phục, sẽ được bên nhà thầu thực hiện miễn phí. Bên B có mặt để thực hiện kiểm tra, khắc phục sự cố trong khoản thời gian ≤ 72 giờ sau khi nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ từ bên mời thầu. Giá trên chưa bao gồm vật tư sửa chữa và phụ tùng phát sinh thay thế. 				

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
		<p>6. Giá trên không bao gồm tất cả chi phí xét nghiệm liên quan nước RO (hóa lý, vi sinh, Endotoxin...)</p> <p>7. Biên bản nghiệm thu giữa hai bên được thống nhất ký dựa trên ION đồ dịch lọc được bên mời thầu làm sau mỗi lần bảo trì máy Dialog (đối chứng với các thông số ION đồ dịch lọc đã làm trước đó của BV).</p> <p>8. Nhà thầu phải có mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với gói thầu mà nhà thầu tham dự</p>				
		<p>Lập các biên bản liên quan đến các công việc kiểm tra bảo trì định kỳ:</p> <p>1. Xuất trình giấy giới thiệu của nhà thầu khi đến thực hiện việc bảo trì, sửa chữa thiết bị tại đơn vị.</p> <p>2. Biên bản kiểm tra tình trạng máy trước khi bảo trì.</p> <p>3. Biên bản giám định hư hỏng và xác định vật tư thay thế trong trường hợp cần thay thế linh kiện</p> <p>4. Biên bản xác nhận hoàn thành công việc bảo trì và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng</p>				

Nếu quý Công ty có kinh doanh dịch vụ nêu trên, đề nghị gửi “giá tham khảo và thông tin dịch vụ kỹ thuật” đáp ứng đạt hoặc vượt các yêu cầu nêu trên bằng văn bản về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, theo địa chỉ nêu trên, để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (Dương).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**