

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K năm 2024-2025”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Xuân Nam, nhân viên Phòng Vật tư thiết bị Y tế, Số dt: 0397462741.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: **Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy** (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

- Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: **Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy** (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

- Nhận qua email: **cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn**.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ **08h00** ngày **29** tháng **10** năm **2024** đến trước **17h00** ngày **07** tháng **11** năm **2024**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **120 ngày**, kể từ ngày báo giá được ký và nằm trong khoảng thời gian tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, như sau:

(Danh mục hàng hóa đính kèm)

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Kho vật tư Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện

Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tỷ lệ tạm ứng: không áp dụng, thanh toán hợp đồng: thời hạn thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu như sau: Hóa đơn giá trị gia tăng; Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hoá; Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

5. Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC

DANH MỤC HÀNG HÓA

(kèm theo công văn số: 2066/BVĐKCL-VTTBYT ngày 28 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính
1	Hóa chất pha loãng	Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K. Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn): - 2-Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, Natri clorid, sunphat, Tris buffer, muối EDTA. Độ giao động pH cho phép: 7.30 - 7.60 Nhiệt độ bảo lên tới: 28°C Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu: ≥ 12 tháng Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu: ≥ 30 ngày	Thùng/ Can ≥ 18L	Thùng/ Can
2	Hóa chất ly giải hồng	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K. Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn): - Muối amoni bậc 4 Mức thấp nhất phức hợp hemoglobin đã biến đổi đo được: 540 nm Độ giao động pH cho phép: 4,5 - 7,5 Nhiệt độ bảo lên tới: 28°C Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu: ≥ 12 tháng Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu: ≥ 30 ngày	Thùng/ Can ≥ 0.5L	Thùng/ Can
3	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng để phân bạch cầu	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học; ; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K. Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn): - Sodium alkyl ether sulphate Mức thấp nhất phức hợp hemoglobin đã biến đổi đo được: 540 nm Độ giao động pH cho phép: 7.5 đến 9.5 Nhiệt độ bảo lên tới: 28°C Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu: ≥ 12 tháng Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu: ≥ 30 ngày	Thùng/ Can ≥ 0.5L	Thùng/ Can

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính
4	Hóa chất rửa máy loại thông thường	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K. Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn): - Polyoxyethylene tridecylether Độ giao động pH cho phép: 7,5 - 8,5 Nhiệt độ bảo lên tới: 28°C Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu: ≥ 12 tháng Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu: ≥ 30 ngày	Thùng/ Can \geq 5L	Thùng/ Can
5	Hóa chất rửa máy loại đậm đặc	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K. Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn): - Sodium hypoclorit Độ giao động pH cho phép: 10 - 14 Nhiệt độ bảo lên tới: 28°C Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu: ≥ 12 tháng Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu: ≥ 30 ngày	Thùng/ Can \geq 5L	Thùng/ Can
6	Hóa chất nội kiểm mức thường	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên các dòng máy phân tích huyết học tự động, model: MEK- 7300K. Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn): - Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo lên tới: 8°C Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu ≥ 03 tháng Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu ≥ 14 ngày	Lọ/ống ≥ 3 mL	Lọ/ống
7	Hóa chất nội kiểm mức thấp	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K. Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn): - Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo lên tới: 8°C Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu ≥ 03 tháng Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu ≥ 14 ngày	Lọ/ống ≥ 3 mL	Lọ/ống

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính
8	Hóa chất nội kiểm mức cao	<p>Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K.</p> <p>Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú <p>Nhiệt độ bảo lên tới: 8°C</p> <p>Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu ≥ 03 tháng</p> <p>Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu ≥ 14 ngày</p>	Lọ/ống ≥ 3mL	Lọ/ống
9	Hóa chất hiệu chuẩn	<p>Dùng để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học; catalog hoặc tài liệu tương đương chứng minh sử dụng tương thích được trên máy xét nghiệm phân tích huyết học tự động, model: Mek-7300K.</p> <p>Thành phần (tương đương hoặc tốt hơn):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú <p>Nhiệt độ bảo lên tới: 8°C</p> <p>Độ ổn định trước mở nắp tối thiểu ≥ 01 tháng</p> <p>Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu ≥ 07 ngày</p>	Lọ/ống ≥ 2mL	Lọ
Tổng cộng: 09 khoản				

MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Thông số kỹ thuật	Hãng SX/Nước SX	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền
1												
n	...											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ký báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))