

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Cung cấp phim X-Quang các loại, các cỡ năm 2025-2026 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Thanh Long, nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế; Số điện thoại liên hệ: 02733 829 008.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp/quá bưu điện tại địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 02 năm 2025 đến ngày 17 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo danh mục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, Nhà thầu được thanh toán 01 lần hoặc nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng từ thanh toán theo điều khoản thanh toán ghi trong hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Thời gian bảo hành, chính sách hậu mãi... (nếu có)

Đề nghị các Hãng sản xuất/Nhà cung cấp tại Việt Nam khi báo giá cho các danh mục hàng hóa được sản xuất/phân phối phải cung cấp kèm theo catalogue/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhằm chứng minh hàng hóa đáp ứng

đầy đủ các yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương/tốt hơn (Tương đương/tốt hơn được hiểu là tương đương/tốt hơn về tính năng và yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ) theo **Mẫu báo giá** được đính kèm Yêu cầu cầu báo giá này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (đăng tải trên website);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 340/BVĐKCL-VTTBYT ngày 07/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy)

Tên Hãng sản xuất/Nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa:

ST T	Danh mục hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách đóng gói (nếu có)	Ký mã hiệu, nhãn hiệu	Mã HS (nếu có)	Hãng-Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)
1								
2								
...								

Giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng và tất cả các chi phí khác có liên quan.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2025. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trên nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 340/BVĐKCL-VTTBYT ngày 07/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy)

Stt	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn)	Đơn vị tính
1	Phim dùng cho chụp X-quang y tế, kích thước 25cm x 30cm	- Công nghệ in khô, laser, kích thước 25cm x 30cm (10x12 inch). - Đảm bảo sử dụng tương thích với máy in phim khô laser Fuji Drypix series: Model: Drypix 8000, Hãng sản xuất: Fujifilm. - Xuất xứ hàng hóa: Các nước G7	Tấm/Tờ
2	Phim dùng cho chụp X-quang y tế, kích thước 35cm x 43cm	- Công nghệ in khô, laser, kích thước 35cm x 43 cm (14x17 inch). - Đảm bảo sử dụng tương thích với máy in phim khô laser Fuji Drypix series: Model: Drypix 8000, Hãng sản xuất: Fujifilm. - Xuất xứ hàng hóa: Các nước G7	Tấm/Tờ
3	Phim dùng cho chụp X-quang y tế, kích thước 35cm x 43cm	- Kích thước: 35cm x 43 cm (14x17 inch). Công nghệ: in khô, kỹ thuật số trực tiếp. - Thành phần: PET dày 168 μ m; Độ dày quang học: \geq 3.1. - Đảm bảo sử dụng tương thích với máy in phim khô kỹ thuật số Drystar 5302 của hãng AGFA. - Xuất xứ hàng hóa: Các nước Liên minh châu Âu (EU)	Tấm/Tờ
4	Phim dùng cho chụp X-quang y tế, kích thước 3cm x 4cm	Phim X-Quang dùng trong nha khoa, kích thước 3cm x 4cm.	Tấm/Tờ