

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Cung cấp vật tư y tế sử dụng trong lọc thận nhân tạo năm 2025-2026 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy” với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Thanh Long, nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế; Số điện thoại liên hệ: 02733 829 008.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp/quá bưu điện tại địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 02 năm 2025 đến ngày 17 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2025.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo danh mục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, Nhà thầu được thanh toán 01 lần hoặc nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng từ thanh toán theo điều khoản thanh toán ghi trong hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Thời gian bảo hành, chính sách hậu mãi... (nếu có)

Đề nghị các Hãng sản xuất/Nhà cung cấp tại Việt Nam khi báo giá cho các danh mục hàng hóa được sản xuất/phân phối phải cung cấp kèm theo catalogue/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhằm chứng minh hàng hóa đáp ứng

đầy đủ các yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương/tốt hơn (Tương đương/tốt hơn được hiểu là tương đương/tốt hơn về tính năng và yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ) theo **Mẫu báo giá** được đính kèm Yêu cầu cầu báo giá này./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng CNTT (đăng tải trên website);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**Q. GIÁM ĐỐC**

## MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 341/BVĐKCL-VTTBYT ngày 07/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy)

Tên Hãng sản xuất/Nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa:

ST T	Danh mục hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách đóng gói (nếu có)	Ký mã hiệu, nhãn hiệu	Mã HS (nếu có)	Hãng-Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)
1								
2								
...								

Giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng và tất cả các chi phí khác có liên quan.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2025. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trên nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

## DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 341/BVĐKCL-VTTBYT ngày 07/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy)

Stt	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn)	Đơn vị tính
1	Bộ tiêm chích FAV	Bộ tiêm chích FAV được đóng gói tiệt trùng 01 bộ/gói, trong 01 bộ bao gồm 02 gói riêng: * Gói 1 bao gồm: + Gạc phẫu thuật làm từ vải không dệt, thấm hút nước, kích thước 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp: 04 cái; + Gạc lót đốc kim làm từ vải không dệt, thấm hút nước, kích thước (3.5-4)cm x 5cm x 4 lớp: 02 cái; + Khăn chống thấm, chất liệu là màng PE/PP bán thấm (mặt trên bán thấm có khả năng thấm hút, mặt dưới chống thấm), kích thước (40-50)cm x 60cm: 01 cái; * Gói 2: Gạc thận nhân tạo làm bằng gạc hút nước 100% cotton, kích thước 3.5cm x 4.5cm x 40 lớp: 02 cái.	Bộ
2	Kim lọc thận nhân tạo	Kích cỡ kim 16G/17G, dài 25mm ( $\pm$ 2mm), kim làm bằng thép không gỉ, thành kim siêu mỏng, được phủ silicon, có back-eye. Cánh kim có màu sắc giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. Ống dây dài $\geq$ 30cm. Không chứa Latex, DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng cái	Cái
3	Quả lọc thận nhân tạo	- Chất liệu màng lọc: Polysulfone - Diện tích bề mặt: 1,6 m <sup>2</sup> - Thể tích mồi (thể tích khoang chứa máu): $\leq$ 100 ml - Hệ số siêu lọc: $\geq$ 14ml/h/mmHg - Với lưu lượng máu 300ml/phút thì độ thanh thải: Ure: $\geq$ 268 ml/phút; Creatinin: $\geq$ 240 ml/phút; Phosphate: $\geq$ 187 ml/phút; Vitamin B12: $\geq$ 112 ml/phút. KoA Urea: $\geq$ 1100. - Xuất xứ hàng hóa: Các nước G7 - Đóng gói tiệt khuẩn từng quả	Quả