

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: “Mua sắm vật tư y tế khác năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá

1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds Trần Việt Tra, phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0988 837 595.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) bên ngoài bì thư ghi rõ: Bảng báo giá.

- Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung mời chào giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). (Đính kèm danh mục)

2. Địa điểm cung cấp tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi ký kết hợp đồng.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Nếu các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có sản xuất, kinh doanh các hàng hoá nêu trên, đề nghị báo giá theo mẫu báo giá sau đây: (đính kèm mẫu Báo giá).

Rất mong sự hợp tác của các nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo công văn số: 777/BVĐKCL-VTTBYT ngày 21 tháng 4 năm 2026)

Stt	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ dây truyền dịch	Dây dẫn dài 1,8m, được làm từ nhựa nguyên sinh. Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Kim 21G, 22G, 23G, đóng gói tiệt trùng từng bộ, sử dụng tương thích (sử dụng được) với máy truyền dịch tự động Top	1	Bộ
2	Kim tiêm hậu nhãn cầu 26G	Kim 26G x 1 1/2 (Kim tiêm hậu nhãn cầu 26G)	1	Cây
3	Phin lọc vi khuẩn	Phin lọc vi khuẩn. Đóng gói tiệt trùng từng cái	1	Cái
4	Mask oxy có túi nồng độ cao người lớn, trẻ em	Gồm: túi hơi, dây đeo, kẹp mũi giúp điều chỉnh được, đóng gói từng cái, các cỡ.	1	Cái
5	Kim khâu các cỡ	Kim khâu tròn, tam giác kích thước các cỡ dùng trong phẫu thuật, làm bằng thép không gỉ, không cong (biến đổi hình dạng ban đầu), không gãy khi sử dụng. Kích thước 8x20, 9x24	1	Cây
6	Dao mổ bằng thép không gỉ các số 10, 15	Chất liệu bằng thép không gỉ, được sản xuất ở các nước G7, đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 10, 15	1	Cái
7	Chỉ Nylon số 3/0, dài 75cm, kim tròn 22mm, cong 1/2C	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi được làm từ Polyamide 6/6.6 (Nylon 6/6.6). Cỡ chỉ 3/0, chiều dài chỉ 75cm. Kim tròn bằng thép không gỉ có phủ silicon, chiều dài kim 22mm, vòng kim 1/2. Đóng gói tiệt trùng riêng từng sợi/tép. Có Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1922:1999 hoặc TCVN 6546:1999 hoặc CE hoặc FDA.	1	Sợi/ Tép
8	Chỉ Chromic Catgut số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, cong 1/2C	Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học đơn sợi, tan chậm, được làm từ sợi Collagen tinh khiết, phủ muối Chrom, thời gian giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tự tiêu hoàn toàn khoảng 90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Cỡ chỉ số 3/0, chiều dài chỉ 75cm. Kim tròn bằng thép không gỉ có phủ silicon, chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2. Đóng gói tiệt trùng riêng từng sợi/tép. Có Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1922:1999 hoặc TCVN 6546:1999 hoặc CE hoặc FDA	1	Sợi/ Tép
9	Chỉ Polyglactin 910 số 4/0, dài 75cm, kim tròn 22mm, cong 1/2C	Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi, được cấu thành từ một copolymer có thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide, được phủ Polyglactin 370 và Calcium stearate, thời gian giữ vết khâu tốt nhất khoảng 30 ngày, thời gian tự tiêu hoàn toàn khoảng 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Cỡ chỉ số 4/0, chiều dài chỉ 75cm. Kim tròn bằng thép không gỉ có phủ silicon, chiều dài kim 22mm, vòng kim 1/2. Đóng gói tiệt trùng riêng từng sợi/tép. Có Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1922:1999 hoặc TCVN 6546:1999 hoặc CE hoặc FDA	1	Sợi/ Tép
10	Chỉ Polyglactin 910 số 1, dài 100cm kim tròn	Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi, được cấu thành từ một copolymer có thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide, được phủ Polyglactin 370 và Calcium stearate,	1	Sợi/ Tép

Stt	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
	đầu tù 65mm	thời gian giữ vết khâu tốt nhất khoảng 30 ngày, thời gian tự tiêu hoàn toàn khoảng 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Cỡ chỉ số 1, chiều dài chỉ 100cm. Kim tròn đầu tù bằng thép không gỉ có phủ silicon, chiều dài kim 65mm, vòng kim 1/2. Đóng gói tiệt trùng riêng từng sợi/tép. Có Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1922:1999 hoặc TCVN 6546:1999 hoặc CE hoặc FDA		
Tổng cộng: 10 khoản				

MẪU BÁO GIÁ
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá có VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1									
...									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], đến ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Mời chào giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))