

Mẫu 03

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 80/BVĐKKCL-VTTBYT
V/v lấy TSKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 06 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm “Đầu dò 4C-RS” để sử dụng cho máy siêu âm Doppler màu 4D-Covid 19; Model: Voluson P8; Số S/N: VP8804559); Cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
01	Đầu dò 4C-RS	Cái	01	I. Yêu cầu chung: + Năm sản xuất: 2024 trở về sau. + Mới 100%. II. Thông số kỹ thuật: + Sử dụng tương thích với máy siêu âm Doppler màu 4D-Covid 19 (Model: Voluson P8; Số S/N: VP8804559) + Ứng dụng trong siêu âm: Bụng, sản khoa, phụ khoa + Dải tần: Từ 2.0 đến 5.0 MHz + Số chấn tử: ≥ 128 + Trường nhìn: ≥ 81 độ + Độ sâu khảo sát: Tối đa ≥ 42 cm + Sử dụng được với bộ gá sinh thiết III. Yêu cầu khác: - Cung cấp các giấy tờ có liên quan theo quy định. - Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu

Nếu quý Công ty có kinh doanh các loại hàng hóa nêu trên đề nghị gửi thông số kỹ thuật (TSKT) có giá tham khảo bằng văn bản (kèm theo catalogue và các giấy tờ khác có liên quan)(nếu có) về Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy (Địa chỉ: số 398 đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) ngoài bì

thư ghi rõ: “Hồ sơ chào thông số kỹ thuật Đầu dò 4C-RS” để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định

Nơi nhận: Phòng VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Thời hạn nhận báo giá : Từ ngày ra thông báo đến 13 giờ ngày 17/01/2025

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT,VTTBYT

Q. GIÁM ĐỐC